

80-002843 (2737)

ERCOLANO

Libretto Metrologico dell' Etilometro

LION INTOXILYZER 8000



D.L. 30 aprile 1992, n° 285 (art. 186) del C.d.S.,
Reg del N.C.d.S. D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495
(art. 379) e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196.

LION INTOXILYZER 8000



Fabbricante:



Lion Laboratories Ltd. -

Ty Verlon Industrial Estate, Barry, Vale of Glamorgan, United Kingdom
Tel: +44 1446 744244 - Fax: +44 1446 720937 - www.lion-breath.com

Distribuzione/Assistenza Tecnica: **Morgan Italia srl**

Via Gramsci, 20 - 40068 San Lazzaro di Savena - BO

Tel: 051 454200 - Fax 051 460247 - www.morganitalia.com - e-mail: info@morganitalia.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n° 285 (art. 186) del C.d.S., Reg del N.C.d.S. D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (art. 379) e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196, che l'etilometro sotto riportato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo di etilometro omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, con certificato:

OM 00533 et

del 11/01/2005


Marca **LION LABORATORIES Ltd.**

Tipo: **Lion INTOXILYZER 8000**


N° di Serie: **80-002843**

Dichiarazione n°: **074**

Data: **28/12/2007**



(firma)

 (1)

(1) Depositata presso il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

VERIFICA: ~~PRIMITIVA~~/PERIODICA (*)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi
Via di Settebagni n° 333 - Tel. 06 87288-299/298/287/279
00138 ROMA

DATA: 27 APR 2022

LION Intoxilyser 8000 80 002843 (1170)

Gas di alcol etilico (mg/l)	Valore effettivo banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifica.				
		1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier	3 l in 5 s 1,5 s palier
0,000	0.000 0.000		B			
0,200	0.200 0.460		B			
0,350	0.350 0.805		B			
0,400	0.400 0.920					
0,700	0.700 1.610		B			
0,950						
1,500	1.500 3.450		B			
2,500						

PERIODICA 27.04.2022 BANCO 038

Riempire le caselle interessate

con B per i risultati esatti

con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/~~RESPINTO~~ (*)

(*) ~~Cancellare l'indicazione inutile~~

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R.
30.12.1982 N. 955

FUNZIONARIO INGEGNERE

Ing. Giulia Nardelli

(firma del responsabile del laboratorio)